

**PRODUKTSPEZIFIKATION – PRODUKTGRUPPE SCHUTZHANDSCHUHE**

**Produktname:** Semperfit  
**Kennzeichnung:** Semperfit, Semperit-Logo, Größe, CE  
**Form:** Vollanatomisch  
**Material:** Naturlatex  
**Innenausführung:** Chloriert  
**Farbe:** Rot  
**Rand / Oberfläche:** Gerader Rand / Honigwabemuster

**Wanddicke (einfach gemessen):**  
 Handfläche: 0,45 mm +/- 0,02 mm

**Lagerung:**  
 Vor Sonnenlicht, Ozon und Feuchtigkeit schützen  
 Wir empfehlen die Lagerung im Dunkeln bei 15°C - 25°C und 60% - 80% rel. Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit siehe PE-Säckchen bzw. Transportkarton.

**Verpackung / Transportmenge:**

PE-Säckchen	1 Paar
Transportsack	12 Paar
Karton	144 Paar
Palette	2.880 Paar
Container TEU	120.000 Paar

Größe	Länge	Artikelnummer
7	min. 300 mm	8151 02074
8	min. 300 mm	8151 02084
9	min. 300 mm	8151 02094

**CE ZERTIFIZIERUNG – BENUTZERINFORMATION**

**Kategorie II**  
**CE**

**Zertifiziert durch:** Berufsgenoss. Institut für Arbeitssicherheit, Deutschland  
**Produktionsstandard:** EN 13485 / ISO 9001



**Prüfung gemäß EN 388 / mechanische Risiken**  
 Abriebfestigkeit: Klasse 2    Schnittfestigkeit: Klasse 0  
 Weiterreißfestigkeit: Klasse 1    Stichfestigkeit: Klasse 1

**pH-Wert gem. EN1413:** 3,5 - 9,5  
 Proteintest gem. EN 455-3




**Prüfung gemäß EN 374-2 / mikroorganische Risiken**  
 Luftdurchlässigkeitstest bestanden (Leistungsstufe 2 - AQL 1,5)

Der Handschuh entspricht der PSA Richtlinie 89/686/EWG und erfüllt die Norm EN 420.






**Prüfung gemäß EN 374-3 / chemische Risiken**  
 Natriumhydroxid (40%)    Klasse 6

 Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

**Achtung: Dieses Produkt enthält Naturlatex und kann allergische Reaktionen auslösen!**

**Potentiell allergene Inhaltsstoffe:**  
 Naturlatex  
 Dithiocarbamate  
 Zn-Mercaptobenzothiazolat

Erstellt (PM/DM2):	Geprüft (QM/DM):	Freigegeben (DL/DM):
 Mag.(FH) M. Schirmbrandt	 Dr. M. Höchtl	 Dkfm. G. Jirovsky